

公立佐賀中央病院 消化管内視鏡システム 調達業務仕様書

1 調達品名及び構成内訳

品名			数量
内視鏡プロセッサ及び消化管スコープ等			1式
品名	型番・規格	メーカー名	
内 訳	プロセッサー	EP-8000	富士フィルム
	上部消化管用細径スコープ	EG-840TP	富士フィルム
	－消化管用スコープ 全保証2年間		富士フィルム
	内視鏡用ディスポーバブル先端フード	TP フード	富士フィルム
	送水タンク	WT-603	富士フィルム
	送水タンク	WT-604G	富士フィルム
	SDI セレクター	DS-210HC	PROSPER
	SDI ケーブル 2m	12G-SDI	－
	Giga 対応 スイッチングハブ	1000BASE-T、5ポート	－
	LAN ケーブル 3m	CAT6A	－
医用画像ファイリングシステム 「DrScopeEX」接続追加ライセンス		CYBERWORKS	1式

2 納入について

- (1) 令和8年3月31日までに、本仕様書に掲げる品目について、搬入・設置・据付・調整等を確実に完了し、安定した稼働ができるようにすること。
- (2) 機器の搬入、設置、調整、組み立て費及び接続費は、今回の調達範囲に含むこと。(一時側設備〈電気・空調・給排水等〉費用は含まない)
- (3) 納入前に、納入先担当者に納入スケジュールを確認し、合意の得られた日程で作業を進めること。また、計画書類を提出する等をし、情報の齟齬が無いよう努めること。
- (4) 機器の設置調整にあたっては、当院スタッフとの協議の上、その指示によること。また、搬入の際には納入業者が立ち会うこととし、当院に損傷を与えないように注意を払うよう努め、必要がある場合、搬入経路に養生等を施すこと。当院の建物及び設備等に損傷を与えた場合、納入業者の責任において現状復旧すること。
- (5) 機器設置にあたって、使用許可等関係行政機関の申請が必要な場合は、書類作成のための資料等を提供すること。

3 保証について

- (1) 落札業者及びメーカーにおいて、機器等に各種障害が発生した際に早急な復旧を可能にするサービス体制を構築しており、当院に対してその証明が可能であること。
- (2) 機器の納入から起算して1年間は、それらの修理及び保守について無償で行うこと。
- (3) 機器の故障や不具合に対して、夜間及び土日祝日、年末年始等当院の通常営業時間外においても修理等の対応、連絡体制が整備されていること。
- (4) 機器に関して当院からの依頼がある場合、1時間以内に担当者が到着し、対応できる体制が整備されていること。

4 その他

- (1) 操作マニュアルは、日本語版を当院が必要とする部数提供すること。
- (2) 納入期限までに、当院の指示や指定する条件に基づき、当院職員の立会いのもとで動作確認を行うこと。
- (3) 取り扱い説明に関する教育訓練を、当院の医療職員2名以上に対し、当院が指定する日時・場所で実施すること。
- (4) 納入後1年間に行った調整及び修理等のすべての作業について、当院担当者に報告すること。
- (5) 納入後1年間は、必要に応じ、電話・現場立ち合いにより教育訓練を実施することとし、その経費については無償とすること。